



**RAPPORTO DI PROVA N°** EPT.16.AVM.0156/54219  
*Test Report n°*



LAB-N°-00859

Pag. 1 di 7

**Cliente / Richiedente**  
*Customer* **EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l.**  
Via Torino, n. 3  
35035 Mestrino (PD)

**Costruttore / Proprietario**  
*Manufacturer* **EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l.**  
Via Torino, n. 3  
35035 Mestrino (PD)

**Sito di prova / Stabilimento**  
*Test site* **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**  
Via Cuornè n. 21  
10156 Torino

**Norma di riferimento**  
*Reference Standard* **EN 60529: 1991 + A1: 2000 + A2:2014**  
**Grado di protezione degli involucri (Codice IP)**  
*Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*



**Scopo della prova**  
*Test scope* Misura del grado di protezione: IP6X-IPX8  
*Degree of protection (IP) by enclosures: IP6X-IPX8*

**Oggetto sottoposto a prova** **CUSTODIA / CASE**  
*Testing sample*

**Nome commerciale / matricola dell'oggetto sottoposto a prova forniti dal richiedente**  
*Testing sample customer's trade name* **MUT1222 versione separata / separate version**

**Data esecuzione della prova** 2016/04/21  
*Test date*

**Allegati al Rapporto di prova** Nessuno  
*Test report enclosures*

0	2016-04-26	 Per. Ind. Enrico Martino	 Dott. Paolo Dentis
Revisione <i>Revision</i>	Data di emissione <i>Emission date</i>	Il Responsabile della Prova <i>Test Responsible</i>	Responsabile area prove AVM <i>Head of AVM Area</i>

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta. I risultati della prova si riferiscono unicamente all'oggetto provato. Per ogni eventuale aspetto interpretativo del presente rapporto di prova ha valore il solo testo in italiano. *This test report can not be reproduced in part without written permission. Test results refer only to the tested sample. For any aspect of interpretation of this test report only the Italian text has value.*




**CONCLUSIONI / Conclusions**

Si riporta qui di seguito il riepilogo dei risultati di prova ottenuti per il campione in prova. *Below the summary of the results of the sample under test.*

**Campione / sample**

**Figura 3 / Figure 3**



Prova Test	Norme di riferimento Standards reference	Esito Verdict
Misura del grado di protezione: IP6X <i>Degree of protection (IP) by enclosures: IP6X</i>	EN 60529 – Art. 13.6	<b>PASS</b>
Misura del grado di protezione IPX8 <i>Degree of protection (IP) by enclosures: IPX8</i>	EN 60529 – Art. 14.2.8	<b>PASS</b>

