

RAPPORTO DI PROVA N°
Test Report n°

EUT.14.AVM.0251/52587



LAB N° 0085

Pag. 1 di 8

Cliente / Richiedente
Customer

EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l.
Via Torino, n. 3
35035 Mestrino (PD)

Costruttore / Proprietario
Manufacturer

EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l.
Via Torino, n. 3
35035 Mestrino (PD)

Sito di prova / Stabilimento
Test site

Eurofins TECH Srl
Via Cuornè n. 21
10156 Torino

Norma di riferimento
Reference Standard

EN 60529: 1991 + A1: 2000
Grado di protezione degli involucri (Codice IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Scopo della prova
Test scope

Misura del grado di protezione: IP6X-IPX8
Degree of protection (IP) by enclosures: IP6X-IPX8

Oggetto sottoposto a prova
Testing sample

MISURATORE DI PORTATA

**Nome commerciale /
 matricola dell'oggetto
 sottoposto a prova forniti
 dal richiedente**

MUT220EL DN100 UNI PN16
sn DAC1027



*Testing sample customer's trade
 name*

Data esecuzione della prova 2014/06/17 e 2014/06/23
Test date

**Allegati al Rapporto di
 prova**

nessuno

Test report enclosures

0	2014-07-10		
Revisione <i>Revision</i>	Data di emissione <i>Emission date</i>	Per. Ind. Enrico Martino Il Responsabile della Prova <i>Test Responsible</i>	Dott. Paolo Dentis Responsabile area prove AVM <i>Head of AVM Area</i>

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta. I risultati della prova si riferiscono unicamente all'oggetto provato. Per ogni eventuale aspetto interpretativo del presente rapporto di prova ha valore il solo testo in italiano. *This test report can not be reproduced in part without written permission. Test results refer only to the tested sample. For any aspect of interpretation of this test report only the Italian text has value.*

Scostamento rispetto alla norma di riferimento

Reference standard deviation

Nessuno

None

Codice identificativo del laboratorio dell'oggetto sottoposto a prova

Testing sample identification laboratory's code

14.0147

Piano e/o procedure di campionamento applicati

Sampling and/or procedures plan

Campionamento effettuato dal cliente/richiedente.

Sampling carried out by the customer.

Descrizione dell'oggetto sottoposto a prova fornita dal richiedente

Description of the object under test provided by the applicant

MISURATORE DI PORTATA MUT220EL



Prova <i>Test</i>	Norme di riferimento <i>Standards reference</i>	Esito <i>Verdict</i>
Misura del grado di protezione: IP6X <i>Degree of protection (IP) by enclosures: IP6X</i>	EN 60529 – Art. 13.6	PASS
Misura del grado di protezione IPX8 <i>Degree of protection (IP) by enclosures: IPX8</i>	EN 60529 – Art. 14.2.8	PASS